

TXL-BOY-004 / 27 Ekim 2026 · 1 yıl üretici garantisi

Bobin Boyama Makinesi

Laboratuvar tipi bobin/koni boyama.



Model teknik verileri

1	Maksimum bobin çapı 220 mm, maksimum bobin boyu 400 mm.
2	PLC kontrol ünitesine sahiptir ve tüm işlemler otomatik yürür.
3	Dış ölçüler (G × D × Y): 1025 × 750 × 1050 mm.
4	Elektrik beslemesi: 380 V AC; frekans, faz ve güç teslim konfigürasyonunda belirtilir.

Fiziksel özellikler ve besleme

Elektrik beslemesi	Elektrik beslemesi: 380 V AC; frekans, faz ve güç teslim konfigürasyonunda belirtilir.
Güç / bağlı yük	Approx. 6000–12000 W; ön boyutlandırma için bağlı yük.
Cihaz dış ölçüleri	Dış ölçüler (G × D × Y): 1025 × 750 × 1050 mm.
Cihaz ağırlığı	Approx. 180–280 kg net.
Brüt / sevkiyat ağırlığı	Approx. 223–375 kg brüt; ambalaj payı tahminidir.
Laboratuvar altyapısı	Su besleme ve drenaj; sıcak su, su kalitesi ve tesisat kapasitesi sipariş konfigürasyonuna göre.

Ölçü sırası ve yaklaşık değerler satırda belirtilmiştir. Ambalaj değerleri cihazın net ölçü ve ağırlığından ayrıdır. Approx. satırları muadil cihazlar ve işlev/kapasite esaslı ön mühendislik tahminidir; doğrulanmış üretim ölçüsü veya standart zorunluluğu değildir. Kurulum ve sevkiyat, onaylı üretim çizimi ve etiket değerleriyle kesinleştirilir. Tahmin kapsamı: temel ürün/tek ünite; harici bilgisayar, tezgâh ve yardımcı tesisat hariç.

Teknik özellikler, ölçüler ve güç gereksinimleri yaklaşık olup sürekli tasarım iyileştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin teknik özellikleri ve görselleri, üretim koşullarına ve ilgili standartlara göre değişiklik gösterebilir.

Test ve konfigürasyon

Ölçülen çıktı / işlev	Laboratuvar boyaması ve reçete karşılaştırması
Metoda göre seçilecek parametreler	Numune yükü, flotte oranı, sıcaklık-zaman profili
Doğrulama noktaları	Sıcaklık sensörü ve program süreleri

Kontrol ve kayıt şartnamesi

Yönteme göre yazılım ve kayıt gereksinimleri aşağıdadır. Teslim edilen yazılım modülleri sipariş kapsamında tanımlanır.

- Yöntem kodu ve baskısı, numune kimliği, operatör ve seçilen deney parametreleri kayıtlı ilişkilendirilir.
- Hesaplama ve bitiş ölçütü, seçilen deney metodunun sürümüyle tanımlanır; cihaz sinyali ile operatör değerlendirmesi ayrı tutulur.
- Ham ölçümler, birimler, geçerli/geçersiz deney işaretleri ve raporlanan sonuç izlenebilir tutulur.
- Hesaplama, bilinen girdiler ve bağımsız hesaplama; sensör kanalları kalibrasyon değerleriyle kontrol edilir.

İlgili test metotları

-

Listelenen metotlar uygulama referansıdır. Uygunluk; donanım, metot baskısı ve kalibrasyon birlikte değerlendirilerek belirlenir.