TXL-BOY-013 / 28 октября 2026 · Гарантия производителя 1 год

Индикаторные полоски температуры

Одноразовые температурные полоски показывают температуру поверхности необратимым изменением цвета при заданных порогах. Диапазон зависит от выбранной полоски.



Технические данные модели

1	Функция: контроль достигнутой температуры контактной поверхности индикаторной полоской.
2	Конфигурация: температурные ступени и диапазон указываются для выбранной полоски.
3	Применение: контакт с поверхностью и время выдержки согласуются со спецификацией полоски.

Физические характеристики и питание

Электропитание	Ручная / пассивная оснастка; сетевое питание не предполагается.
Мощность / нагрузка	Approx. 0 Вт; нагрузка для предварительного планирования.
Габариты прибора	Approx. 150 × 100 × 20 мм (Ш × Г × В).
Масса прибора	Approx. 0.02–0.1 кг нетто.
Масса брутто / отгрузочная	Approx. 0.4–0.5 кг брутто; расчётный припуск на упаковку.
Требования к лаборатории	Ровная устойчивая поверхность; кондиционирование образцов по выбранному методу.

Порядок размеров и приблизительные значения указаны в строках. Данные упаковки отделены от габаритов и массы нетто прибора. Строки Approx. — предварительные инженерные оценки по аналогам, функции и производительности, а не проверенные размеры изготовителя или требования стандарта. Монтаж и отгрузка уточняются по утверждённому чертежу и паспортной табличке. Оценка: одна шкала или небольшая упаковка расходного материала; зависит от количества.

Характеристики, размеры и требования к питанию приблизительны и могут изменяться без предварительного уведомления в целях постоянного совершенствования конструкции.

Технические характеристики и изображения продукции могут изменяться в зависимости от условий производства и применимых стандартов.

Испытание и конфигурация

Измеряемый результат / функция	Индикация достигнутой температуры контактной поверхности
Параметры, выбираемые по методу	Диапазон индикатора, шаги и время контакта
Проверяемые параметры	Сертификат партии и сравнение с эталонной температурой

Спецификация управления и записи

Ниже указаны требования к ПО и записи по методу. Поставляемые модули определяются составом заказа.

• Необходимость встроенного ПО зависит от метода и оснащения; для ручного прибора запись испытания ведётся отдельно.

• Код и редакция метода, идентификатор образца, оператор и параметры испытания связываются с записью.

• Расчёт и критерий окончания задаются редакцией метода; сигналы прибора и оценка оператора хранятся раздельно.

• Сохраняется прослеживаемость исходных измерений, единиц, отметок действительности и итогового результата.

• Расчёты проверяются по известным исходным данным и независимому вычислению; каналы датчиков сверяются с калибровкой.

Связанные методы испытаний

-

Методы служат прикладными ссылками. Пригодность определяется совместной оценкой оснащения, редакции метода и калибровки.