TXL-BOY-017 / 28 Ekim 2026 · 1 yıl üretici garantisi

Laboratuvar Tipi Rakle (RKL 40)

Tekstil ve deri numunelerinde film kaplama uygulamaları için masaüstü laboratuvar tipi rakle. Silindir üzeri, silindirler arası ve silindir önü kaplama; 300 mm bıçak, ±30° ayarlanabilir bıçak açısı, en fazla 5 mm kaplama aralığı, en büyük numune 285 × 340 mm.



Model teknik verileri

1	En büyük numune boyutu: 285 × 340 mm.
2	Bıçak genişliği: 300 mm; bıçak açısı ±30° ayarlanabilir.
3	Silindir üzeri ve silindirler arası çalışma: en fazla 5 mm.
4	Silindir çapı: 40 mm (2 adet).
5	Cihaz ölçüleri: 600 × 640 × 355 mm; ağırlık 32 kg.

Fiziksel özellikler ve besleme

Elektrik beslemesi	Manuel / pasif temel aparat; şebeke beslemesi öngörülmez.
Güç / bağlı yük	Approx. 0 W; ön boyutlandırma için bağlı yük.
Cihaz dış ölçüleri	Cihaz ölçüleri: 600 × 640 × 355 mm; ağırlık 32 kg.
Cihaz ağırlığı	Cihaz ölçüleri: 600 × 640 × 355 mm; ağırlık 32 kg.
Brüt / sevkiyat ağırlığı	Approx. 48.5–78.8 kg brüt; ambalaj payı tahminidir.
Laboratuvar altyapısı	Düz, kararlı çalışma yüzeyi; numune kondisyonlaması seçilen metoda göre.

Ölçü sırası ve yaklaşık değerler satırda belirtilmiştir. Ambalaj değerleri cihazın net ölçü ve ağırlığından ayrıdır. Approx. satırları muadil cihazlar ve işlev/kapasite esaslı ön mühendislik tahminidir; doğrulanmış üretim ölçüsü veya standart zorunluluğu değildir. Kurulum ve sevkiyat, onaylı üretim çizimi ve etiket değerleriyle kesinleştirilir. Tahmin kapsamı: temel ürün/tek ünite; harici bilgisayar, tezgâh ve yardımcı tesisat hariç.

Teknik özellikler, ölçüler ve güç gereksinimleri yaklaşık olup sürekli tasarım iyileştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin teknik özellikleri ve görselleri, üretim koşullarına ve ilgili standartlara göre değişiklik gösterebilir.

Test ve konfigürasyon

Ölçülen çıktı / işlev	Tanımlı kalınlıkta laboratuvar kaplama numunesi
Metoda göre seçilecek parametreler	Rakle aralığı, kaplama eni, hız ve altlık
Doğrulama noktaları	Rakle aralığı, paralellik ve hareket hızı

Kontrol ve kayıt şartnamesi

Yönteme göre yazılım ve kayıt gereksinimleri aşağıdadır. Teslim edilen yazılım modülleri sipariş kapsamında tanımlanır.

• Yöntem kodu ve baskısı, numune kimliği, operatör ve seçilen deney parametreleri kayıtla ilişkilendirilir.

• Hesaplama ve bitiş ölçütü, seçilen deney metodunun sürümüyle tanımlanır; cihaz sinyali ile operatör değerlendirmesi ayrı tutulur.

• Ham ölçümler, birimler, geçerli/geçersiz deney işaretleri ve raporlanan sonuç izlenebilir tutulur.

• Hesaplama, bilinen girdiler ve bağımsız hesapla; sensör kanalları kalibrasyon değerleriyle kontrol edilir.

İlgili test metotları

-

Listelenen metotlar uygulama referansıdır. Uygunluk; donanım, metot baskısı ve kalibrasyon birlikte değerlendirilerek belirlenir.