TXL-GEN-022 / 28 октября 2026 · Гарантия производителя 1 год

Столик 45° для световых кабин

Отдельно поставляемый столик, удерживающий образец и эталон в одной плоскости под углом 45° внутри световой кабины. Нейтральная серая поверхность, передний упор, боковые опоры и фиксирующие ручки; три модели для кабин 60, 120 и 150 см. Не входит в стандартную поставку кабины.



Технические данные модели

1	Тип изделия: отдельно поставляемый столик 45° для световых кабин.
2	Модели и размер столика: K002-AS-60 (кабина 60 см) 527 × 305 мм; K002-AS-120 (120 см) 827 × 305 мм; K002-AS-150 (150 см) 1127 × 305 мм.
3	Нейтральная серая поверхность, передний упор, боковые опоры и фиксирующие ручки.
4	Образец и эталон располагаются в одной плоскости; геометрия наблюдения учитывается вместе с направлением освещения и выбранным методом.
5	Столик поставляется отдельно и не входит в стандартную комплектацию кабины.

Физические характеристики и питание

Электропитание	Approx. электроподключение не требуется; пассивное приспособление.
Мощность / нагрузка	Approx. 0 Вт; не потребляет энергию.
Габариты прибора	Approx. 540–1140 × 320–360 × 200–300 мм (Ш × Г × В); по размеру кабины.
Масса прибора	Approx. 3–10 кг нетто; по модели.
Масса брутто / отгрузочная	Approx. 5–15 кг брутто; расчётный припуск на упаковку.
Требования к лаборатории	Ровное дно световой кабины соответствующего размера; отдельные коммуникации не требуются.

Порядок размеров и приблизительные значения указаны в строках. Данные упаковки отделены от габаритов и массы нетто прибора. Строки Approx. — предварительные инженерные оценки по аналогам, функции и производительности, а не проверенные размеры изготовителя или требования стандарта. Монтаж и отгрузка уточняются по утверждённому чертежу и паспортной табличке. Область оценки: базовое изделие / одна единица; внешний ПК, стол и вспомогательные установки исключены.

Характеристики, размеры и требования к питанию приблизительны и могут изменяться без предварительного уведомления в целях постоянного совершенствования конструкции.

Технические характеристики и изображения продукции могут изменяться в зависимости от условий производства и применимых стандартов.

Испытание и конфигурация

Измеряемый результат / функция	Воспроизводимое расположение образца и эталона
Параметры, выбираемые по методу	Размер кабины, размер столика и геометрия наблюдения
Проверяемые параметры	Угол столика, чистота и нейтральный цвет поверхности

Спецификация управления и записи

Ниже указаны требования к ПО и записи по методу. Поставляемые модули определяются составом заказа.

• Необходимость встроенного ПО зависит от метода и оснащения; для ручного прибора запись испытания ведётся отдельно.

Связанные методы испытаний

-

Методы служат прикладными ссылками. Пригодность определяется совместной оценкой оснащения, редакции метода и калибровки.