TXL-GEN-022 / 28 Ekim 2026 · 1 yıl üretici garantisi

45° Değerlendirme Sehpası (Işık Kabini için)

Işık kabinlerinde numune ve referansın aynı düzlemde, 45° açıyla desteklenmesi için ayrı satılan sehpa. Nötr gri tabla, ön dayama, yan destekler ve kilitleme düğmeleri; 60, 120 ve 150 cm kabin boylarına uygun üç model. Kabinin standart teslimatına dahil değildir.



Model teknik verileri

1	Ürün tipi: ışık kabinleri için ayrı satılan 45° değerlendirme sehpası.
2	Modeller ve tabla ölçüsü: K002-AS-60 (60 cm kabin) 527 × 305 mm; K002-AS-120 (120 cm) 827 × 305 mm; K002-AS-150 (150 cm) 1127 × 305 mm.
3	Nötr gri tabla, ön dayama, yan destekler ve kilitleme düğmeleri.
4	Numune ve referans aynı düzlemde desteklenir; gözlem geometrisi aydınlatma yönü ve seçilen yöntemle birlikte değerlendirilir.
5	Sehpa kabinden ayrı sunulur; kabinin standart teslimatına dahil değildir.

Fiziksel özellikler ve besleme

Elektrik beslemesi	Approx. elektrik bağlantısı yok; pasif aparat.
Güç / bağlı yük	Approx. 0 W; enerji tüketmez.
Cihaz dış ölçüleri	Approx. 540–1140 × 320–360 × 200–300 mm (G × D × Y); kabin boyuna göre.
Cihaz ağırlığı	Approx. 3–10 kg net; modele göre.
Brüt / sevkiyat ağırlığı	Approx. 5–15 kg brüt; ambalaj payı tahminidir.
Laboratuvar altyapısı	Uygun boydaki ışık kabininin düz tabanı; ayrı altyapı gerekmez.

Ölçü sırası ve yaklaşık değerler satırda belirtilmiştir. Ambalaj değerleri cihazın net ölçü ve ağırlığından ayrıdır. Approx. satırları muadil cihazlar ve işlev/kapasite esaslı ön mühendislik tahminidir; doğrulanmış üretim ölçüsü veya standart zorunluluğu değildir. Kurulum ve sevkiyat, onaylı üretim çizimi ve etiket değerleriyle kesinleştirilir. Tahmin kapsamı: temel ürün/tek ünite; harici bilgisayar, tezgâh ve yardımcı tesisat hariç.

Teknik özellikler, ölçüler ve güç gereksinimleri yaklaşık olup sürekli tasarım iyileştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin teknik özellikleri ve görselleri, üretim koşullarına ve ilgili standartlara göre değişiklik gösterebilir.

Test ve konfigürasyon

Ölçülen çıktı / işlev	Numune ve referansın tekrarlanabilir konumlandırılması
Metoda göre seçilecek parametreler	Kabin boyu, tabla ölçüsü ve gözlem geometrisi
Doğrulama noktaları	Tabla açısı, yüzey temizliği ve nötr renk

Kontrol ve kayıt şartnamesi

Yönteme göre yazılım ve kayıt gereksinimleri aşağıdadır. Teslim edilen yazılım modülleri sipariş kapsamında tanımlanır.

• Entegre yazılım zorunluluğu metoda ve seçilen donanıma bağlıdır; manuel cihazda deney kaydı harici tutulur.

İlgili test metotları

-

Listelenen metotlar uygulama referansıdır. Uygunluk; donanım, metot baskısı ve kalibrasyon birlikte değerlendirilerek belirlenir.